

## **Addendum vom 16.05.2016:**

### **Checkliste RDG-E des bng: RDG-E-Hersteller im Vergleich**

**Anlage zum Beitrag von Dr. Albert Beyer (bng-Vorstand) und Hans Joachim Mausolf (Endobasic, Hamburg) in den bng-Infos in der ZfG 10/2015:**

#### **Betrachtung der Angaben der Hersteller im Einzelnen**

Der bng hat eine umfangreiche Checkliste entwickelt, mit deren Hilfe relevante Punkte vor dem Kauf geklärt werden können, eine Kaufentscheidung und ein Vergleich der Hersteller soll dadurch erleichtert werden. Die bng-Checkliste ist über den Link <http://www.bng-gastro.de> abrufbar.

#### **BHT**

Die von BHT gelieferten Unterlagen waren vollständig und umfassend. Ein Flussdiagramm (siehe Anmerkungen zum Druckkammersystem) für die Innova E2 und die Innova E3 wurde bislang jedoch nur für ein Storz-Endoskop zur Verfügung gestellt, weshalb diese Maschinen in unserer tabellarischen Übersicht als „eingeschränkt normenkonform“ bewertet wurden.

Die Firma BHT hat nun auf unsere Kritik reagiert und die fehlenden Flussdiagramme nachgeliefert. Die genannten Maschinen sind somit aus unserer Sicht als normenkonform zu betrachten.

Die tabellarische Übersicht ist wie folgt zu revidieren:

**Tabellarische Übersicht RDG-E-Hersteller und Geräte**

Hersteller	Gerät	Normenkonformität EN-15883-4	Anzahl Betreiber/ Bewertungen	Zufriedenheit RDG-E insgesamt*	Zufriedenheit Bereitstellung Unterlagen, Installation und Einweisung*	Zufriedenheit Service*
Belimed	WD 425		16	2,0	2,0	2,2
BHT	Innova E2		6	2,3	1,8	2,2
	Innova E3		49	2,0	2,1	2,1
	Innova E3 CMS		1			
	Innova E4 CMS		1			
	Innova E5 CMS		-			
Medivators	Advantage Plus		4	1,8	1,7	1,8
Olympus	ETD4 basic		19	2,1	2,0	2,2
	ETD4 basic mit RVD-Box		2			
	ETD4 plus		5	2,4	2,3	2,0
	miniETD2		16	1,9	1,8	2,3
Wassenburg	WD440		22	2,0	1,9	2,1
	WD440PT		3			
Steelco	EW 2		3			

Normenkonform

Eingeschränkt Normenkonform

\*Benotung von 1 (sehr zufrieden) bis 4 (gar nicht zufrieden)